

泸州市中医医院 2025 年政府采购国产检验试剂类产品

第二批采购项目采购需求

一、采购项目基本情况

- 1、项目名称：泸州市中医医院 2025 年政府采购国产检验试剂类产品第二批采购项目
- 2、项目所属分类：服务 货物 工程
- 3、预算金额：2132146.00 元(大写金额:贰佰壹拾叁万贰仟壹佰肆拾陆元整)
- 4、供货期限：合同签订生效后 2 年，合同期满或实际结算金额达到合同总额时，合同自动终止。
- 5、供货地点：泸州市中医医院采购人指定地点
- 6、预计采购数量：详见采购清单
- 7、预计实施采购时间：2025 年 8 月
- 8、联系人：医学装备部 王斌 13882739903

二、采购项目简介：

泸州市中医医院 2025 年政府采购国产检验试剂类产品第二批采购项目。

三、供应商应具备的资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、法律、行政法规规定的其他条件；
- 6、本项目不接受联合体。
- 7、特殊资格要求：

7.1、本项目中拟采购的产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料【含配置清单中独立的医疗器械】；本项目中拟采购的产品为医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；本项目中拟采购的产品如属于消毒产品的（含配置清单中独立的消毒产品），提供所投产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，所投产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件复印件。【提供证书复印件，如：“多证合一”查看营业执照复印件】

7.2、对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供上述证书并提供相关说明；如存在“是否属于医疗器械”和“是否属于消毒产品”处标注错误时，供应商提供相关证明材料予以说明即可。

四、产品技术要求

1、采购清单及参数要求：

序号	检验试剂名称	是否进口	是否挂网	最高限价(元)	单位	预算数量	预算金额	基本参数
1	全自动凝血仪反应杯	否	否	7000	箱	81	567000	<p>★1、用途：用于全自动凝血分析仪项目分析检测；</p> <p>2、包装：≥6000个/箱；</p> <p>3、规格：至少包含6000个/箱；</p> <p>4、组成：又塑料反应杯组成；</p> <p>5、材质：塑料；</p> <p>6、有效期：≥12个月；</p> <p>★7、需和我院迈克品牌H5200型号的全自动凝血分析仪设备匹配使用。</p>
2	凝血分析仪清洗液A	否	否	1150	盒	267	307050	<p>★1、用途：用于清洗全自动凝血分析仪的样本取样器及试剂取样器；</p> <p>2、包装：≥200mL×2；</p> <p>3、规格：至少包含200mL×2；</p> <p>4、组成：至少包含次氯酸钠组成；</p> <p>5、材质：液体试剂；</p> <p>6、有效期：≥12个月；</p> <p>★7、需和我院迈克品牌H5200型号的全自动凝血分析仪设备匹配使用。</p>
3	凝血分析仪清洗液B	否	否	1650	盒	322	531300	<p>★1、用途：用于清洗全自动凝血分析仪的管路系统；</p> <p>2、包装：≥20mL×12；</p> <p>3、规格：至少包含20mL×12；</p> <p>4、组成：由PC-950组成；</p> <p>5、材质：液体试剂；</p> <p>6、有效期：≥12个月；</p> <p>★7、需和我院迈克品牌H5200型号的全自动凝血分析仪设备匹配使用。</p>

4	血细胞分析用 F-CC 清洁液	否	否	225	盒	264	59400	<p>★1、用途：用于定期清洁仪器；</p> <p>2、包装：≥4mL×6 瓶/盒；</p> <p>3、规格：至少包含 4mL×6 瓶/盒；</p> <p>4、组成：至少包含次氯酸钠组成；</p> <p>5、材质：液体试剂；</p> <p>6、有效期：≥12 个月；</p> <p>★7、需和我院迈克牌 F 810 型号的全自动血细胞分析仪设备匹配使用。</p>
5	血细胞分析用 F-SC 清洁液	否	否	600	盒	4	2400	<p>★1、用途：用于全自动血细胞分析仪的清洁和保养维护；</p> <p>2、包装：≥10mlx1/盒；</p> <p>3、规格：至少包含 10mlx1/盒；</p> <p>4、组成：至少包含乙二醇组成；</p> <p>5、材质：液体试剂；</p> <p>6、有效期：≥12 个月；</p> <p>★7、需和我院迈克牌 F 810 型号的全自动血细胞分析仪设备匹配使用。</p>
6	全自动特定蛋白分析仪清洗液	否	否	300	盒	88	26400	<p>★1、用途：本品用于体外定量测定人全血样本中血清淀粉样蛋白 A 的含量；</p> <p>2、包装：≥4L×1/盒；</p> <p>3、规格：至少包含 4L×1/盒；</p> <p>4、材质：液体；</p> <p>5、有效期：≥12 个月；</p> <p>★6、需和我院迈克牌 P100 型号的全自动特定蛋白分析仪设备匹配使用。</p>
7	全自动特定蛋白分析仪用反应杯	否	否	300	盒	18	5400	<p>★1、用途：本品用于体外定量测定人全血样本中血清淀粉样蛋白 A 的含量；</p> <p>2、包装：≥4 只/盒；</p> <p>3、规格：至少包含 4 只/盒；</p> <p>4、材质：塑料；</p> <p>5、有效期：≥12 个月；</p> <p>★6、需和我院迈克牌 P100 型号的全自动特定蛋白分析仪设备匹配使用。</p>
8	血液学载玻片	否	否	2200	箱	56	123200	<p>★1、用途：主要用于对血细胞进行染色；</p> <p>2、包装：≥40 盒/箱；</p> <p>3、规格：至少包含 40 盒/箱；</p> <p>4、组成：由血液学载玻片组成；</p> <p>5、材质：玻璃；</p> <p>6、有效期：≥12 个月；</p> <p>★7、需和我院迈克牌 AS120 型号的全自动推片染色机匹配使用。</p>

9	去蛋白清洗液	否	否	180	瓶	18	3240	<p>★1、用途：适用于血气生化分析仪清洗用；</p> <p>2、包装：≥10ML/瓶；</p> <p>3、规格：至少包含 10ML/瓶；</p> <p>4、材质：液体；</p> <p>5、有效期：有效期为 1 年；</p> <p>★7、需和我院普朗牌 PL2000plus 型号的血气生化分析仪匹配使用。</p>
10	清洗液	否	否	1500	瓶	20	30000	<p>★1、用途：用于流式细胞仪清洗用；</p> <p>2、包装：≥100mL；</p> <p>3、规格：至少包含 100mL；</p> <p>4、材质：液体；</p> <p>5、有效期：有效期 1 年；</p> <p>★6、需和我院棱镜泰克品牌 EVA0206 型号的流式细胞仪设备匹配使用。</p>
11	鞘液	否	否	1500	瓶	40	60000	<p>★1、用途：用于流式细胞仪用；</p> <p>2、包装：≥5L/瓶；</p> <p>3、规格：至少包含 5L/瓶；</p> <p>4、材质：液体；</p> <p>5、有效期：有效期≥6 个月；</p> <p>★6、需和我院棱镜泰克品牌 EVA0206 型号的流式细胞仪设备匹配使用。</p>
12	溶血素	否	否	500	瓶	40	20000	<p>★1、用途：用于流式细胞仪用；</p> <p>2、包装：≥5mL；</p> <p>3、规格：至少包含 5mL；</p> <p>4、材质：液体；</p> <p>5、有效期：有效期≥6 个月；</p> <p>★6、需和我院棱镜泰克品牌 EVA0206 型号的流式细胞仪设备匹配使用。</p>
13	清洗液 (CRP/SAA 使用)	否	否	480	瓶	2	960	<p>★1、用途：用于检测过程中反应体系内待测物清洗、起到纯化待测物以便后续检测的血液分析仪器、免疫分析仪器、血液免疫分析仪器平台通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境清洗；</p> <p>2、包装：≥1L；</p> <p>3、规格：至少包含 1L；</p> <p>4、组成：由柠檬酸(一水),ProClin300,和 RF 卡(含试剂批号、生产日期、有效期、装量信息)组成；</p> <p>5、材质：液体试剂；</p> <p>6、有效期：≥12 个月；</p> <p>★7、需和我院帝迈品牌 DH-800[MT7]CS 型号的全自动血细胞分析仪(五分类)设备匹配使用；</p>

14	清洁液	否	否	240	盒	52	12480	<p>★1、用途：用于定期清洁仪器；</p> <p>2、包装：≥2*100ML；</p> <p>3、规格：至少包含 2*100ML；</p> <p>4、组成：表面活性剂、NaClO、NaOH；</p> <p>5、材质：液体试剂；</p> <p>6、有效期：≥12 个月；</p> <p>★7、需和我院帝迈品牌 DH-800[MT7]CS 型号的全自动血细胞分析仪（五分类）设备匹配使用。</p>
15	清洗液	否	否	200	桶	41	8200	<p>★1、用途：用于仪器采样针及管路清洗和维护；</p> <p>2、包装：≥10L/桶；</p> <p>3、规格：至少包含 10L/桶；</p> <p>4、组成：表面活性剂、缓冲液、防腐剂等；</p> <p>5、有效期：≥12 个月，开封后有效期 ≥60 天；</p> <p>6、材质：液体；</p> <p>★7、需和我院瑞图品牌 RT-F2000A 型号的阴道分泌物检测仪设备匹配使用。</p>
16	一次性使用采样管	否	否	900	箱	41	36900	<p>★1、用途：用于阴道分泌物样本保存；</p> <p>2、包装：≥600PCS/箱；</p> <p>3、规格：至少包含 600PCS/箱；</p> <p>4、材质及组成：硬质塑料试管、软性塑胶试管帽；</p> <p>5、有效期：≥12 个月；</p> <p>6、材质：塑料；</p> <p>★7、需和我院瑞图品牌 RT-F2000A 型号的阴道分泌物检测仪设备匹配使用。</p>
17	采样拭子	否	否	80	包	242	19360	<p>★1、用途：用于分泌物样本采集；</p> <p>2、包装：≥100 支/包；</p> <p>3、规格：至少包含 100 支/包；</p> <p>4、材质及组成：采样头为植绒拭子，7-8CM 处有折断点；</p> <p>5、有效期：≥12 个月；</p> <p>6、材质：塑料；</p> <p>★7、需和我院瑞图品牌 RT-F2000A 型号的阴道分泌物检测仪设备匹配使用。</p>

18	冲洗液	否	否	240.00	桶	162	38880	<p>★1、用途：用于粪便分析仪系统管路冲洗；</p> <p>2、规格：≥5L/桶；</p> <p>3、规格：至少包含 5L/桶；</p> <p>4、组成：由氯化钠（0.85%-1.10%）、PC-300（0.1-0.8ml/L）、吐温-20（0.1-1.5ml/L）、三氢甲基氨基甲烷（0.1-2.0g/L）、体外诊断试剂由纯化水配制组成；</p> <p>5、有效期：产品有效期≥2年；</p> <p>6、材质：液体；</p> <p>★7、需与我院沃文特牌 FA280S 型号的全自动粪便分析仪设备匹配使用。</p>
19	样本采集管	否	否	1680.00	箱	161	270480	<p>★1、用途：用于采集粪便样本，并配合粪便分析仪器上机使用；</p> <p>2、规格：≥400支/箱；</p> <p>3、规格：至少包含 400支/箱；</p> <p>4、组成：管盖、上胶塞、内胶塞、密封圈、管勺、管体、滤网、下胶塞、胶塞卡环、标签组成；</p> <p>5、有效期：产品有效期≥3年；</p> <p>6、材质：塑料；</p> <p>★7、需与我院沃文特牌 FA280S 型号的全自动粪便分析仪设备匹配使用。</p>
20	浓缩清洗液	否	否	204.00	盒	24	4896	<p>★1、用途：用于粪便分析仪器日常保养；</p> <p>2、规格：≥10×10mL/支/盒；</p> <p>3、规格：至少包含 10×10mL/支/盒；</p> <p>4、组成：由浓缩清洗液组成；</p> <p>5、有效期：开瓶有效期≥30天；</p> <p>6、材质：液体；</p> <p>★7、需与我院沃文特牌 FA280S 型号的全自动粪便分析仪设备匹配使用。</p>
21	清洗液	否	否	360	桶	10	3600	<p>★1、用途：用于管道系统的清洗和冲洗；</p> <p>2、包装：≥5L/桶；</p> <p>3、规格：至少包含 5L/桶；</p> <p>4、组成：20mmol/L 磷酸盐缓冲液+1.2% 硫酸钠；</p> <p>5、材质：液体试剂；</p> <p>6、有效期：≥12个月；</p> <p>★7、需与我院锦瑞牌 PA480 型号的特定蛋白分析仪设备匹配使用。</p>

合计： _____（元）（小写） _____（元）（大写）	
----------------------------------	--

注：供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目产品生产、运输费、人工费、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称（盖单位章）：

联系人及电话：

日期：